

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2019 - PR

CNPJ: 10.433.103/0001-07 Telefone: 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 22/2019
Data do Processo Adm.: 11/10/2019
Processo de Licitação: 22/2019
Data do Processo: 11/10/2019

Folha: 1/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,000	UN	Cadeira odontológica completa (equipo/sugador/refletor). Cadeira utilizada para realizar procedimentos odontológicos; com estrutura em aço, com tratamento anti-corrosivo e proteção em pvc; articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira; apoio de braço curto e fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída; com braço extensor; encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafuso aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura; base em chapa de aço fosfatizada, com isolamento em pvc e tratamento anti-corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimento silencioso e sincronizados através de moto redutores eletrônicos, totalmente isentos de óleo, evitando assim risco com vazamentos e movimentos involuntários; pintura lisa eletrostática a pó epoxi, estofamento ergométrico, macio injetado em pvc, flexível e sem costura, com apoio lombar; caixa de distribuição integrada à base da cadeira; cadeira contendo oito movimentos, sendo quatro individuais e quatro automáticos, sendo três programáveis pelo CD (volta ao zero, posição de trabalho um e PT2) e last position (última posição programada); acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Equipo cart ou acoplado com trava simples, longo, que promove o melhor posicionamento e ergonomia, facilitando o trabalho a quatro mãos, com mesa dotada de três terminais, sendo: uma seringa triplíce, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispendo de sistema		12.500,0000	25.000,0000

CNPJ: 10.433.103/0001-07 Telefone: 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 22/2019
Data do Processo Adm.: 11/10/2019
Processo de Licitação: 22/2019
Data do Processo: 11/10/2019

Folha: 2/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem e vazão, regulagem do spray individual (ar/água) localizada na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até quatro pontas e com angulação de 45 graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte de mangueiras integradas a mesa do equipo (peça única). Escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos; pedal progressivo, móvel para acionamento dos instrumentos; mesa com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal; unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação de 45 graus com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em abs de alta resistência, injetado com proteção uv e 30% de cristal; suporte de mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuba fabricada em porcelana, removível e fácil limpeza, comporta detritos sólidos, sistema de água para enxague da cuspeira regulado através de registro; um sugador com diâmetro 6,3 mm aproximadamente, tipo venturi; refletor odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000° k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 30.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé, pega mão de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento nos cabos elétricos, cabeçote injetado em abs, com proteção uv, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprido que permite a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé; acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira. Mocho, tipo cadeira giratória</p>			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 18/2019 - PR

CNPJ: 10.433.103/0001-07 Telefone: 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 22/2019
Data do Processo Adm.: 11/10/2019
Processo de Licitação: 22/2019
Data do Processo: 11/10/2019

Folha: 3/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; confeccionado em aço carbono; com fácil regulagem de altura e encosto por manopla independente, que permite ajuste anatômico localizada atrás do assento; estofamento com espuma espessa revestida em assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento por alavanca independente localizada embaixo do assento e base com cinco rodízios. Assistência técnica na região, raio de 100 km. (99-02-8181)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	25.000,0000